

快速式全自动清洗消毒器在供应室的应用

叶月兰 陈菊英

APPLICATION OF FAST AUTOMATIC CLEANING STERILIZER IN THE SUPPLY ROOM

YE Yuelan, CHEN Juying

【关键词】 全自动清洗消毒器 再生器械 质量

doi:10.3969/j.issn.1671-332X.2014.Z2.035

消毒供应室是面向全院临床回收、集中处理再生器械的科室。再生器械清洗不彻底会给灭菌带来困难,甚至造成灭菌失败。我院于 2010 年 10 月引进一台快速式全自动清洗消毒器,在使用中观察了其清洗效果,现将结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料 快速式全自动清洗消毒器(配不锈钢车架)1 台,鲁沃夫多酶清洗剂与润滑剂、清洗筐、各科室回收的再生器械。

1.2 方法 清洗人员将回收的器械按常规洗净外表污物,打开器械关节放入清洗筐内,再装载于车架上(上下共 4 层)→开前门→把车架推入清洗舱→关门→启动清洗程序。

2 结果

经过一个程序的清洗(清洗→消毒→润滑→干燥)后,肉眼观察器械表面洁净光亮、干燥,器械关节、齿咬合部无污迹、锈迹和斑点。

整个过程只需 30 分钟,提高了清洗质量,减少了清洗人员的工作强度。

3 讨论

3.1 良好的清洗效果 清洗舱内的水通过旋转臂不断循环

叶月兰 陈菊英:佛山市妇幼保健院 广东佛山 528000

(上接 71 页)

表 3 供就商考核评估指标

| 评估指标 | 分类 | 计算公式 |
|------|--------|----------------------------|
| 价格 | 平均价格比率 | (供应商的供货价格 - 市场平均价格) × 100% |
| | 最低价格比率 | (供应商的供货价格 - 市场最低价格) × 100% |
| 产品质量 | 质量合格率 | 合格件数/抽样件数 × 100% |
| | 退货率 | 退货/交货次数 × 100% |
| 交货情况 | 交货准时率 | 准时次数/总交货次数 × 100% |
| | 按时交货量率 | 期内实际未交货量/期内应交货量 × 100% |

4 总结

结合医院的现状,探讨 ABC 分类法在我院日常设备采购的应用是对日常采购规范及提升后勤服务质量的一种思考和探索。怎样把后勤服务做到更好、采购工作更加规范、

喷淋,循环泵自动控制水的流量与压力,使其对上下 4 层都能清洗自如。每一次多酶制剂自动按比例加入,使得污染器械可有效去除干和湿的有机污物^[1];润滑后的煮沸消毒,可使器械光亮透明。

3.2 提高了灭菌效果 采用全自动清洗消毒器清洗各种再生器械,不但能全方位清洗器械上沾染的有机物,使器械表面、关节、齿咬合部洁净度高;器械深孔、盲孔、凹凸槽干燥不留水渍,有效阻止了微生物与灭菌因子的接触,从而提高了灭菌效果。

3.3 提高了清洗人员的工作效率 传统的手工清洗,不但难以保证器械清洗质量的一致性,而且投入人力、物力大,过程繁琐,污染的器械容易对清洗人员造成职业危害。采用快速式全自动清洗消毒器,代替了人工刷洗的琐碎,节省了人力资源。提高了工作效率。而且整个过程是封闭式操作,减少了环境及人为因素引起的污染,提高了操作人员的个人防护。

快速式全自动清洗消毒器是一种新型清洗机。为了提高再生器械的清洗质量,提高灭菌效果预防医院感染,各级医院均可推广使用。

参考文献

- [1] 郭玲.四槽式数码全自动超声波清洗器在手术室的应用[J].中华医院感染学杂志,2009,19(1):110.

供应商评估更加客观是我们采购工作者需要时刻思考的难题之一。ABC 分类法下的采购策略的探讨以及据此制定供应商评估及筛选标准的研究,相信是对规范采购工作及提升服务质量的一种有效补充。

参考文献

- [1] 邱志斌.医院采购管理现状、问题与建议[J].现代医院,2010(9):126-127.
[2] 王魁.在 ABC 分类模式下采购策略的争议观点讨论[J].中国集体经济,2008(5):84-85.
[3] 欧佩玉,汪应洛,王平心.基于 ABC 的供应商选择与评价研究[J].管理评论,2007(2):46-51.
[4] 王刚,郭晓玲.物流服务供应商的选择和评估—基于层次分析法[J].金融经济,2008(16):113-115.
[5] 庄惠阳.投资收益法在医疗设备投资风险评价中的应用[J].现代医院,2009(9):122-123.